

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: - Các nhà cung cấp

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời các nhà cung cấp tham gia chào giá gói thầu "**Cung cấp các thiết bị phụ trợ cho Nhà máy Capsule 4**", thông tin cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:

1.1 Yêu cầu đối với Nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp là nhà sản xuất hoặc đại diện bán hàng ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
- Có giấy phép kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc được yêu cầu. Yêu cầu đính kèm ít nhất 02 hợp đồng có quy mô và phạm vi công việc tương tự mà nhà thầu đã thực hiện hoàn thành.
- Phải có giấy phép bán hàng chính hãng của các thiết bị (Bản công chứng).
- Thời gian giao hàng: 8 tuần kể từ khi nhận được tạm ứng hợp đồng cung cấp thiết bị.
- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Vicancap, số 21B, đường Phan Đình Phùng, phường 8, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Yêu cầu cử chuyên gia giám sát trong quá trình lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị.
- Cung cấp tài liệu kỹ thuật thiết bị, tài liệu hướng dẫn bảo hành bảo trì và tổ chức bàn giao, hướng dẫn, đào tạo vận hành thiết bị.
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/24 trong quá trình sử dụng và cam kết phối hợp với các nhà cung cấp khác trong thời gian bảo hành thiết bị sau khi vận hành chạy thử bàn giao.

1.2 Yêu cầu đối với thiết bị:

- Thiết bị phải có đầy đủ giấy chứng nhận CO, CQ, Test report của Nhà sản xuất, giấy chứng nhận đăng kiểm của đơn vị kiểm định độc lập.
- Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng
- Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế chính hãng có sẵn tại Việt Nam trong vòng 10 năm của nhà cung cấp cho công trình.

2. Tài liệu đính kèm:

- Bảng tiêu chí kỹ thuật thiết bị.
- **Lưu ý: Nhà thầu có thể chào giá bất kỳ thiết bị trong danh mục.**

3. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin cần làm rõ trong quá trình thực hiện, liên hệ:

- Ông Nguyễn Trọng Đức, GD Phòng Mua hàng.
- Điện thoại: 0833.828.888; email: duc.nt@pharimexco.vn

4. Thời gian yêu cầu:

- Nhà cung cấp phản hồi bằng công văn (bản cứng) xác nhận đồng ý tham gia dự chào giá **gửi**

trước 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 08 năm 2020.

- Hồ sơ tham dự chào giá của Nhà cung cấp phải đóng dấu, cho vào phong bì dán kín, niêm phong và *gửi trước 16 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2020.* Bên ngoài túi hồ sơ ghi rõ:

Hồ sơ chào giá cạnh tranh, gói thầu “Cung cấp các thiết bị phụ trợ cho Nhà máy Capsule 4”

+ Người nhận: Ông Nguyễn Trọng Đức, Phòng mua hàng, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

+ Địa chỉ: Số 150 đường 14/9, P5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

+ Điện thoại: 0270.382.0797

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long trân trọng cảm ơn và mong muốn được hợp tác với Quý Nhà cung cấp!

 **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

TRỊNH QUỐC KHÁNH


**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CỬU LONG
TỈNH VĨNH LONG**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ NHÀ MÁY CAPSULE 4

STT	TÊN THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MODEL/NHÃN HIỆU/XUẤT XỨ ĐANG SỬ DỤNG	MODEL/NHÃN HIỆU/XUẤT XỨ ĐỀ XUẤT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
I	NHÓM TB PHỤ TRỢ SỐ 1 (NHÀ MÁY CAPSULE4 SỬ DỤNG)					
1	Máy nước nóng 82 0C	<ul style="list-style-type: none"> - Máy nước nóng công nghiệp, sử dụng năng lượng hơi bão hòa để làm nóng nước, tự động phối trộn nước nóng lạnh để nước nóng đầu ra đạt giá trị setup - Nhiệt độ max: 82 0C - Lưu lượng max: 45 gallon/phút 	<ul style="list-style-type: none"> - Model: C13E4500L - Nhãn hiệu: CONSTANTEMP LOW PRESSURE TEAM WATER HEATER - Xuất xứ: USA 	<ul style="list-style-type: none"> - Model: C13E4500L - Nhãn hiệu: CONSTANTEMP LOW PRESSURE TEAM WATER HEATER - Xuất xứ: USA 	cái	1
2	Máy đo độ nhớt	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 90 - 294 V AC - Tần số: 47 - 63Hz - Range: 0 - 2000 cP - Tín hiệu ngõ ra: 4 -20 mAp 	<ul style="list-style-type: none"> - Model: VTE250 - Nhãn hiệu: Brookfiel - Xuất xứ: USA 	<ul style="list-style-type: none"> - Model: VTE250 - Nhãn hiệu: Brookfiel - Xuất xứ: USA 	cái	2
3	Máy khuấy phụ gia	<ul style="list-style-type: none"> - High Speed Homogenizer variable speed; Speed max: 7600 rpm - Constuction material: SS 316L - Batch size: max. 20 gallon - Motor dirve: 1/2 Hp, 115V/60z - Auto. transformer 220v-50Hz 	<ul style="list-style-type: none"> - Model: # 21 High speed laboratory Homogenixer - Nhãn hiệu: National Oilwell Varco - Xuất xứ: USA 	<ul style="list-style-type: none"> - Model: # 21 High speed laboratory Homogenixer - Nhãn hiệu: National Oilwell Varco - Xuất xứ: USA 	cái	1
4	Máy đo độ nhớt - Cách thủy nóng	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 90 - 294 V AC - Tần số: 47 - 63Hz - Range: 0 - 2000 cP - Tín hiệu ngõ ra: 4 -20 mAp - Cách thủy nóng, kt 500 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> *Máy đo độ nhớt: - Model: VTE250 - Nhãn hiệu: Brookfield - Xuất xứ: USA *Cách thủy nóng: China 	<ul style="list-style-type: none"> *Máy đo độ nhớt: - Model: VTE250 - Nhãn hiệu: Brookfield - Xuất xứ: USA *Cách thủy nóng: China 	bộ	1
II	NHÓM THIẾT BỊ PHỤ TRỢ SỐ 2 (PHÒNG QC DCL SỬ DỤNG)					
1	Tủ sấy Memmert 108L	<ul style="list-style-type: none"> - Dung tích: 108 lít - Nhiệt độ: max 300oC - Độ cài đặt: 0,1oC từ 0 - 99.90C; 0,5oC từ 100oC - Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A 	<ul style="list-style-type: none"> - Model: T6 - Nhãn hiệu: Heraeus - Xuất xứ: Germany 	<ul style="list-style-type: none"> - Model: UN110 - Nhãn hiệu: Memmert - Xuất xứ: Germany 	cái	1

Umm

ph

2	Máy đo độ nhớt - Bể điều nhiệt	- Độ nhớt: 3 - 2000 cP; - Độ chính xác từ ±1% - Bể: 20-200oC; độ ổn định từ 0,05oC; Dung tích: 6L	- Model: + Máy đo độ nhớt: RVDV-II+P; + Bể điều nhiệt: TC- 102P-230; - Nhãn hiệu: Brookfield - Xuất xứ: USA	- Model: + Máy đo độ nhớt: RVDV-II+P; + Bể điều nhiệt: TC- 102P-230; - Nhãn hiệu: Brookfield - Xuất xứ: USA	bộ	1
3	Nồi hấp tiệt trùng 105L	- Dung tích: 105 lít - Thời gian hấp: 0-10 h - Nhiệt độ sử dụng: 121oC - Nhiệt độ máy: 40oC - 127oC - Làm ấm: 40 – 60oC; Hòa tan: 40 – 99oC - Thiết bị an toàn: công tắc an toàn quá áp, phát hiện quá nhiệt, chống thiếu nước, chỉ thị thời gian bất thường, bộ nhớ nguồn bị hỏng, van an toàn, ngắt nguồn do bị rò rỉ nhẹ, quá dòng và đoản mạch. - Buồng và nắp: Làm bằng thép không gỉ SUS304 được đánh bóng, đệm nắp bằng cao su silicon	- Model: MC-30L; - Nhãn hiệu: ALP - Xuất xứ: Jappan	- Model: MC-40L; - Nhãn hiệu: ALP - Xuất xứ: Jappan	cái	1
4	Máy đo độ rã	- Nhiệt độ: max 45oC, bảo vệ quá nhiệt - Độ chính xác từ ± 0,3oC - Số vị trí: 3 - Chiều cao giỏ di chuyển: cố định 55 mm; độ chính xác ± 1 mm - Tần số nhúng: 30 lần/ phút; Độ chính xác ± 1lần/phút - Thiết bị tuân thủ theo tiêu chuẩn USP <701/2040> và EP <2.9.1 / 2.9.1.2>	- Model: PTZ Auto; - Nhãn hiệu: Pharma test - Xuất xứ: Germany	- Model: PTZ Auto; - Nhãn hiệu: Pharma test - Xuất xứ: Germany	cái	1
5	Máy đo Bloom	- Đầu dò đường kính 12,7 mm với bề mặt áp lực phẳng có cạnh tròn - Tải trọng piston được tăng ở tốc độ không đổi 40 g/s - Piston có thể dừng lại trong vòng 1/40 giây khi đã lún sâu (4 ± 0,1) mm - Tải trọng cuối cùng có thể đo được ± 0,5 g Theo Dược điển VN V (DĐVN V)	- Model: TA1000 - Nhãn hiệu: Texture Analyser TA1000; Michael G.Brown & Assoc., Inc - Xuất xứ: Anh quốc	- Model: TA1000 - Nhãn hiệu: Texture Analyser TA1000; Michael G.Brown & Assoc., Inc - Xuất xứ: Anh quốc	cái	1

ph