

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**HỒ SƠ MỜI THẦU
CHÀO GIÁ CẠNH TRANH**

GÓI THẦU: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QC (DCL.05.2025.QC)

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 150, ĐƯỜNG 14/9, PHƯỜNG 5, TP VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG

BÊN MỜI THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Vĩnh Long, tháng 05 năm 2025



THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Quý công ty

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị kiểm nghiệm tại bộ phận QC.

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời các Nhà thầu đáp ứng đủ năng lực, quan tâm tham dự đấu thầu, cụ thể như sau:

1. Thông tin gói thầu:

- Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị tại bộ phận QC
- Địa điểm: số 150, đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Hình thức: Chào giá cạnh tranh
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá **90 ngày**
- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: 15 ngày kể từ ngày ra thông báo
- Thời gian Khảo sát hiện trường: từ 22/05/2025 đến 31/05/2025
- Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu: **trước 16h00 ngày 06/06/2025**

2. Phạm vi công việc:

Nhà thầu tính toán mọi chi phí cấu thành nên giá các thiết bị đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu (Chi tiết hồ sơ yêu cầu xem lại Phụ lục kèm theo Thông báo mời thầu này), chi phí lợi nhuận, chi phí quản lý doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Chuẩn bị công trường phục vụ thi công lắp đặt;
- Cung cấp đầy đủ vật tư, nhân lực và thiết bị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công theo hồ sơ hợp đồng;
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng bảo trì thiết bị;
- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ: chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ); của thiết bị cung cấp.
- Vận hành, chạy thử thiết bị trước khi bàn giao;
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khuyết điểm của hệ thống thiết bị lắp đặt;
- Các chi phí tài chính khác đảm bảo hoàn thiện gói thầu;
- Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành (nếu có);
- Thu dọn, bàn giao sau khi hoàn thành;
- Bảo hành gói thầu trong thời hạn ≥ 12 tháng

3. Hồ sơ mời thầu và nộp Dự thầu.



Hồ sơ Dự thầu được đóng niêm phong trong phong bì, bao gồm:

- 1- Hồ sơ năng lực của Nhà thầu.
 - Năng lực pháp lý (Có giấy phép kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc được yêu cầu);
 - Năng lực tài chính (Cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 2 năm gần nhất);
 - Kinh nghiệm trong thi công gói thầu có quy mô, tính chất tương tự gói thầu (hợp đồng tương tự);
 - Nhân sự;
- 2- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật
 - Tài liệu kỹ thuật thiết bị;
 - Thời gian đáp ứng giao hàng;
 - Đề xuất thời gian bảo hành cho thiết bị (Không thấp hơn 12 tháng);
 - Cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật 24/24 trong thời gian bảo hành.
- 3- Hồ sơ xuất giá (Bản cứng đóng dấu);
 - Thư chào giá
 - Bảng kê đơn giá chi tiết (có cột xuất xứ hàng hoá, thiết bị, nơi sản xuất...) hoặc đính kèm danh mục vật tư chào giá.
- 4- Các lưu ý khác:
 - **Nhà thầu có thể chào giá bất kỳ thiết bị nào trong danh mục thiết bị mời thầu.**
 - Cung cấp Danh mục các bộ phận thay thế thường xuyên và định kỳ (nếu có) cho thiết bị chào giá.

Mọi chi tiết liên hệ với Bên mời thầu tại:

- Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Địa chỉ: số 150, đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thông tin liên hệ làm rõ hồ sơ, nộp hồ sơ Dự thầu: Phòng Kế hoạch Dự án
Mr. Khanh - Phó phòng - Điện thoại 0907.267.869 - Email: khanh.nc@dcl.vn
- Thông tin liên hệ Khảo sát, làm rõ thông tin kỹ thuật: Trung tâm RD
Mrs. Khanh – Giám đốc QC - Điện thoại 0982.343.054 - Email: khanh.vtt@dcl.vn

Hồ sơ đề xuất sẽ được Bên mời thầu mở nội bộ sau thời điểm đóng thầu.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC CỬU LONG

PHÒNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN



LƯƠNG NGỌC LƯỢNG

PHẦN B – CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Tủ đóng chất chuẩn (Glove box):

NỘI DUNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Tủ đóng chất chuẩn (Glove box) Nơi sản xuất: Nhật hay Châu Âu	- Kích thước buồng chính 850x500x500 mm DxRxH - Kích thước buồng chuyển 350x320 mm DxR - Kích thước găng tay dài 500 mm, đường kính 120 mm - Buồng tủ làm bằng chất liệu chuyên dụng cho tủ đóng chuẩn - Cửa quan sát làm bằng kính - Bề mặt làm việc của tủ làm bằng chất liệu chuyên dụng kháng hóa chất, bề mặt phẳng không có rãnh, dễ lau chùi - Có máy đo nhiệt độ kỹ thuật số bên trong buồng chính (nếu có tích hợp máy đo độ ẩm càng tốt) - Có đồng hồ áp trên buồng chuyển - Có đồng hồ đo áp suất trong buồng chính, buồng chuyển mẫu Pass-box có thể điều chỉnh áp chân không, áp suất chân không khoảng 133 Pa - Có van điều chỉnh áp suất chân không - Bơm chân không có đồng hồ theo dõi áp - Có bộ kit kết nối khí Nitơ và chân không - Bình khí Nitơ 40L, áp suất sử dụng khoảng 150 bar - Tủ không cần gia nhiệt, quạt, motor, hạn chế tối đa tiếng ồn và rung - Có trang bị đèn bên trong buồng chính
	Máy sản xuất trong từ 2025 về sau
	Thực hiện IQ, OQ, PQ tại nơi lắp đặt đã được đề xuất trong hợp đồng
	Điều kiện bảo hành: ≥ 12 tháng

2. Bơm rửa cột HPLC:

NỘI DUNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Bơm rửa cột HPLC	- Tốc độ dòng: 0.001-9.999 mL/phút - Áp suất: 0-400 bar

- Bơm rửa cột sắc ký lỏng Nơi sản xuất: Ấn Độ hoặc Châu Á	- Cài đặt thời gian: 1-999 phút - Chế độ vận hành liên tục hoặc hẹn thời gian - Thang áp suất làm việc: 0 - 6500 psi - Thang tốc độ dòng: 0,02 đến 9,999 ml / phút - Thang đồng hồ thời gian cài đặt dừng tự động: 1 phút – 999 phút - Số cột HPLC kết nối 5 cột, có thể rửa đồng thời 5 cột cùng lúc - Độ chính xác tốc độ dòng $\pm 1\%$ - Có màn hình hiển thị trạng thái bơm - Có Valve Purge - Có chức năng cảnh báo quá dòng, phát hiện rò rỉ - Bơm ngừng tự động sau khi kết thúc qui trình rửa
	Máy sản xuất trong từ 2025 về sau
	Thực hiện IQ, OQ, PQ tại nơi lắp đặt đã được đề xuất trong hợp đồng
	Điều kiện bảo hành: ≥ 12 tháng

3. Nồi hấp tiệt trùng:

NỘI DUNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Nồi hấp tiệt trùng Nơi sản xuất: Nhật hay Châu Âu	- Thể tích: 100 – 120 Lít - Đường kính trong buồng tiệt trùng: $\Phi 380-400$ mm - Chiều cao: 800-840 mm - Nhiệt độ tiệt trùng: 100-137 °C - Nhiệt độ hòa tan : 40~99 °C, làm ấm: 40~60°C - Thời gian đặt: Tiệt trùng và làm tan: đến 48 giờ 00 phút và chế độ hoạt động liên tục; Làm ấm: từ 0 đến 48 giờ 00 phút - Áp suất sử dụng tối đa: 0.25 MPa - Áp suất van an toàn: 0.27 MPa - Thiết bị an toàn: Hệ thống khóa liên động, Hệ thống khóa cơ điện, Hệ thống kiểm tra nắp kép; phát hiện quá áp, phát hiện quá nhiệt; chống thiếu nước; có chỉ thị cảm biến, chỉ thị thời gian, bộ nhớ nguồn; Van an toàn, ngắt nguồn khi bị rò rỉ, quá dòng và đoản mạch - Buồng và nắp: bằng thép không gỉ, đệm nắp bằng cao su silicon - Cấu tạo bên ngoài: bằng thép tráng men. - Trên bảng điều khiển bằng nhựa đúc chống nhiệt - Số lượng giỏ: 2
	Máy sản xuất trong từ 2025 về sau

S3
 TY
 AN
 HAI
 NG
 LC

	Thực hiện IQ, OQ, PQ tại nơi lắp đặt đã được đề xuất trong hợp đồng
	Điều kiện bảo hành: ≥ 12 tháng

4. BẢN VẼ

Nhà thầu cung cấp bản vẽ mặt bằng yêu cầu lắp đặt, yêu cầu đấu nối (Nếu có).

PHẦN C – TIÊN LƯỢNG MỜI THẦU

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn giá (Trước thuế)	Thành tiền
1	Tủ đóng chất chuẩn (Glove box)	1		
2	Bơm rửa cột HPLC	1		
3	Nồi hấp tiệt trùng	1		
TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ				
THUẾ VAT				
TỔNG CỘNG SAU THUẾ				

Ghi chú:

- a) Khi tham gia dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm đọc, tìm hiểu, và nghiên cứu kỹ lưỡng HSM T.
- b) Đơn giá trong Bảng tiên lượng sẽ được coi như là bao gồm tất cả các công việc được miêu tả và được coi như là bao gồm tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu và các rủi ro được quy định, và tất cả các công việc cần thiết để thi công một cách chuẩn xác bao gồm khảo sát, thiết lập, máy móc thiết bị, công nhân, giám sát, lắp đặt, bảo hành, bảo hiểm, lợi nhuận, thuế cùng với nghĩa vụ và trách nhiệm chung được quy định. Chi phí cho bất kỳ nghĩa vụ nào của nhà thầu mà không được chỉ ra trong bảng tiên lượng được xem như đã bao gồm trong giá và đơn giá của hợp đồng.

PHẦN D – ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

- Tạm ứng : 30% giá trị hợp đồng;
- Thanh toán : 40% giá trị thiết bị (hợp đồng) – Sau khi bên B giao hàng và được Bên A nghiệm thu thiết bị;
- Quyết toán : 100% giá trị quyết toán sau khi ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng và nhận được Thư bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 5% giá trị quyết toán
- Bảo hành : ≥ 12 tháng

Handwritten signature